

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE MEDICALĂ – BĂILE FELIX

Calea Beiușului, nr. 30, Loc.: Băile Felix, Com. Sînmartin, CP417500, Jud. Bihor
Tel.: 0040 259 318108/318109, RDS: 0040 359 800635/800636
Fax: 0040 259 318135 / 0040 359 800638
E-mail: spital_felix@yahoo.com; spitalfelix@rdsor.ro
Web: <http://www.spitalfelix.ro>



OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL ÎNREGISTRAT ÎN
REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A PRELUCRĂRILOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL SUB NR. 35454

NR. INREG. 1915/13.02.2023

APROBAT,
MANAGER,
Conf. univ. dr. SUCIU NICOLETA RAMONA

INVITATIE DE PARTICIPARE
la DEPUNEREA DE OFERTE DE PREȚ ÎNSOȚITE DE FIȘE TEHNICE ȘI POZE
APARATURĂ MEDICALĂ PENTRU ESTIMAREA PREȚULUI ÎN VEDEREA
DEMARĂRII LICITAȚIEI

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ: SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE MEDICALĂ BĂILE FELIX

SEDIUL: Com. Sânmartin, Localitatea Băile Felix, Calea Beiușului, nr. 30, cod poștal 417500, jud. Bihor, tel. 0259 318108 / 318109; fax: 0259 318 135; e-mail: spital_felix@yahoo.com; web: <http://www.spitalfelix.ro>

OBIECTUL SOLICITĂRII: Fișe tehnice și oferte de preț pentru aparatura medicală, conform anexei atașate

SURSA DE FINANȚARE: Venituri proprii

PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTELOR: până la achiziționarea și livrarea aparaturii medicale

DOCUMENTELE SOLICITATE: Depunerea de Fișe tehnice pentru aparatura medicală, conform anexei atașate. (Obligatoriu: **Se va atașa POZA APARATULUI!**; **Se vor oferta dispozitivele și aparatura medicală medicală de ultimă generație!**)

Modul de transmitere a ofertelor și a fișelor tehnice: pe e-mail: spital_felix@yahoo.com
Persoana de contact – ing. Moza Gafia, tel. 0745258959
Data limita pentru depunere ofertă: 17.02.2023

Întocmit,
Birou Achiziții publice, contractare,
Ing. Moza Gafia

| NR. CRT. | DENUMIRE | CARACTERISTICI |
|----------|---|---|
| 1 | PAT ELECTRIC DIN ABS DOTAT CU SALTEA | Pat electric din ABS, 3 secțiuni, prevăzut cu: - 2 motoare electrice; - panou de control al patului; - sistem de blocare a roților descentralizat; - sistem de roți cu blocare în cruce rotativă la 360°; - CPR mecanic pe spătar; - role protecție la patru colțuri; - stativ perfuzie reglabil pe înălțime; - platforma saltelei din material ABS; - suport pentru pungi de urină, pe ambele părți; - părțile metalice ale patului să fie acoperite cu vopsea pulbere electrostatică împotriva coroziunii. |
| 2 | FOTOLIU RULANT CU ANTRENARE MANUALĂ | Fotoliu rulant (scaun cu roțile), pliabil, acționat manual; - realizat din oțel comat, - șezut și spătar din material sintetic lavabil, culoare neagră; - suport picioare detașabil, cu mișcare de rotație antero-posterioară, cu două poziții de reglare și curea sprijin, sistem blocare roți; - suport brațe detașabil, căptușit cu material sintetic; - Lungime șezut = 46 cm; Lungime copasă – 47 cm; - Sarcină = 120 kg; - Culoare – negru. |
| 3 | FOTOLIU RULANT CU ANTRENARE MANUALĂ | Fotoliu rulant (scaun cu roțile), pliabil, acționat manual; EXTRALARG pentru transport obezi cu handicap; - realizat din oțel comat, - șezut și spătar din material sintetic lavabil, culoare neagră; - suport picioare detașabil, cu mișcare de rotație antero-posterioară, cu două poziții de reglare și curea sprijin, sistem blocare roți; - suport brațe detașabil, căptușit cu material sintetic; - Lățime șezut reglabil = 55-60 cm; - Înălțime spătar = 41 cm; - Sarcină maximă= 200 kg; - Culoare – negru. - Se va menționa și caracteristici Cameră roți - ca piesă de schimb pentru scaun cu roțile |
| 4 | Toaletă mobilă cu roți | Toaletă mobilă cu roți – să aibă caracteristicile unui fotoliu rulant |
| 5 | Cântar persoane pentru spital, cu taliometru | Cântar persoane pentru spital: - să fie prevăzut cu taliometru; - să fie digital; - să suporte 200kg; - să aibă display digital; - să poată fi folosit și cu baterie reîncărcabilă internă; - să poată fi folosit atât conectat cât și deconectat de la curentul electric; |
| 6 | Saltele din latex pentru paturi spital | Saltele din latex pentru paturi spital, cu dimensiunile: L=2m; l=90cm; Înălțime = 15 cm; Culoare alb sau crem |

Întocmit,
Birou Achiziții publice, contractare,
Ing. Moza Gafia

